



2013 年 9 月 17 日作成(第 1 版)

医療機器届出番号 13B1X00204STP014

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 骨手術用器械 JMDN コード 70962001

スクリュー抜去セット

【警告】


本製品は、「使用上の注意」を熟読したうえで適正に使用すること。
適正に使用しない場合、折損を生じる可能性があるため十分注意すること。

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)すること
は、折損等の原因となるので行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

- ・本品は、骨接合手術等の骨手術に用いる手動式の手術器械である。
- ・本品は、再使用可能である。
- ・本添付文書に該当する製品(販売名)については包装表示ラベル又は本体に記載されているので確認すること。

スクリュードライバー先 1.3	
スクリュードライバー先 2.4	
十字型スクリュードライバー先 2.4	
スクリュードライバー先	
スクリュー抜去用鉗子	
シャープフック	
抜去用スクリュー保持鉗子	
スクリュードライバー先延長ツール	
サクシオンツール	
ドリルスリーブ 2.5、ドリルスリーブ 3.5、ドリルスリーブ 4.0、 ドリルスリーブ 4.8、ドリルスリーブ 6.0	
ソフトティッシュスプレッダー	

レトラクター



トロカール



カーバイドドリル先用延長ツール



【使用目的、効能又は効果】

骨接合手術等の骨手術に用いる。

【品目仕様等】

外観試験

【操作方法又は使用方法等】

1.使用前

- (1)各製品が正常に動作するか確認すること。
- (2)組合せて使用する器械においては、組合せが確実で適切であることを確認すること。
- (3)使用前に傷、亀裂、まくれなど使用上支障を生じるような欠点がないことを確認すること。
- (4)滅菌後は無菌的に操作すること。
- (5)本品は未滅菌品であるので、使用に先立ち次の条件で高圧蒸気滅菌してから使用すること。

＜推奨する滅菌条件＞

高圧蒸気滅菌(プレバキューム型)

温度	時間
132℃	4 分間
134℃	3 分間

温度が 138℃を超えないようにすること。

2.使用時

一般的な使用方法

- (1)スクリュードライバー先 1.3、スクリュードライバー先 2.4、十字型スクリュードライバー先 2.4、スクリュードライバー先
スクリューのヘッド部にスクリュードライバー先の先端を組合せて回転させることにより、スクリューを骨へと挿入、又は抜去するために使用する。
- (2)スクリュー抜去用鉗子、抜去用スクリュー保持鉗子
スクリューを抜去する際に、スクリューを把持するために使用する。
- (3)シャープフック
スクリューヘッド部に付着した軟部組織等を掻き出して取り除くために使用する。
- (4)サクシオンツール、ドリルスリーブ 2.5、ドリルスリーブ 3.5、ドリルスリーブ 4.0、ドリルスリーブ 4.8、ドリルスリーブ 6.0
サクシオンツールとドリルスリーブ 2.5～6.0 のうちの 1 つを組合せて、抜去するスクリューをドリリングするために使用する。
- (5)ソフトティッシュスプレッダー、レトラクター、トロカール
ソフトティッシュスプレッダー、レトラクター及びトロカールを組合せて、皮切を加えた患部へ挿入することで、患部の術野確保のために使用する。

- (6)スクリュードライバー先延長ツール、カーバイドリル先用延長ツール
スクリュードライバー先又はドリル先の全長を超える軟部組織の奥へスクリュードライバー先又はドリル先を挿入し使用する場合に、スクリュードライバー先又はドリル先の全長を延長する目的で使用する。

3.使用後

- (1)手術用器械は付着した血液等を除去するため、使用後速やかに洗浄すること。付着した血液等を乾燥させてしまうことにより、通常の洗浄過程で除去することが困難となる場合がある。血液や組織片等が十分除去されていない状態での滅菌操作や温水での洗浄操作により、タンパク等が変性し、通常の洗浄過程での除去が困難となる場合がある。
- (2)洗浄器や各種洗剤を使用する際は、それぞれの取扱説明書等の指示に従うこと。
- (3)手術終了後は、各製品を清潔な状態になるまで洗浄・滅菌を行い、収納ケースへ戻すこと。

4.使用方法に関連する使用上の注意

- (1)患者の体質や解剖学的構造を考慮し、適切な組み合わせを選択すること。
- (2)使用する際には弊社推奨の手術器具を使用すること。また傷をつけないこと。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1)主治医は本品使用に際し、あらかじめ手術手技およびその手順について十分に熟知した後使用すること。
- (2)本品使用前に目視点検を行い、ひどく傷がついていたり、磨耗していた場合は、破損のおそれがあるため使用しないこと。

2.相互作用

併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
弊社指定以外の器具	器具が正常に動作しなくなるおそれがある。	器具の変形、破損。

3.不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下の通りである。また以下のような有害事象が現れた場合は、症状に応じて適切な処置を行うこと。

- (1)血管損傷等
- (2)一過性又は永続性の神経損傷等
- (3)筋肉と線維組織の弛緩等
- (4)骨折及びインプラントの緩み
- (5)器具もしくは器械の変形及び折損:まれに生じることがあるため、本添付文書の【操作方法又は使用方法等】、【使用上の注意】等参照のうえ、慎重に使用すること。
- (6)破損片等の体内遺残
- (7)骨壊死
- (8)感染

4.高齢者への適用

高齢者は、骨が骨粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント設置後緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵方法

- (1)乾燥した清潔な場所で室温で保管すること。
- (2)保管中は器械が損傷しないように十分注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1.本品使用後はできるだけ早く以下の手順に従って、洗浄、すすぎ等の汚染除去を行い、血液等異物が付着していないことを目視で確認したのち、操作方法又は使用方法欄に示す滅菌方法及び滅菌

条件にて滅菌を行い、保管すること。

- 2.ジョイント部を持つ器械やドリルスリーブ等の中空構造を持つ器械については、隙間部に血塊等が残存しないよう、術中の使用毎に濯ぎを行い、術後速やかに入念に洗浄すること。必要に応じて、手洗いや、超音波洗浄器を含めた各種洗浄器の使用、各種洗剤を併用すること。
- 3.本品使用前に外観検査を実施し、きず、割れ、有害なまくれ、さび、ひび割れ等の不具合があった場合は交換すること。
- 4.汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等、洗浄に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 5.洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用する時には、鋭利部同士が接触して損傷しないよう注意をすること。
- 6.超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物等がないか確認できるまで洗浄すること。
- 7.洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
- 8.強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。洗浄にはやわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属たわし、クレンザー(磨き粉)は器具の表面が損傷するので汚染除去および洗浄時には使用しないこと。
- 9.保守点検に係る資料として「器具洗浄マニュアル」を準備しているため、必要に応じ請求すること。
- 10.クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)を含む伝達性海綿状脳症(TSE 又はプリオン病)が疑われる、又は確認された患者に直接触れた若しくは患者の体液等で汚染された製品については、使用を止め、最新の通知等に基づき適切に処理すること。

【包装】

- 1.本品は製品毎または1ケース単位で包装される。
- 2.器械の個々の包装は、受け取った時点及び術前に破損等がないか確認すること。

【主要文献及び文献請求先】

1.文献請求先

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
デビューシンセス・ジャパン
デビューシンセス・トラウマ事業部 マーケティング部
〒101-0065 東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号
電話番号:03-4411-6680

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の名称:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
製造販売業者の住所:
〒101-0065 東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号
電話番号:03-4411-6680
外国製造業者の名称:シンセス社(Synthes GmbH)
外国製造所の国名:スイス